

| | | |
|---|--|---|
|  | Ne koristiti ponovo | Označava medicinsko sredstvo namenjeno za pojedinačnu upotrebu, upotrebu na jednom pacijentu ili tokom jednog zahvata |
|  | Medicinsko sredstvo za in vitro dijagnostiku | Označava medicinsko sredstvo namenjeno za upotrebu u in vitro dijagnostici |
|  | Kataloški broj | Označava kataloški broj proizvođača kojim se omogućava identifikacija medicinskog sredstva |
|  | Broj šarže | Označava broj šarže proizvođača, što omogućava identifikovanje šarže ili partije |
|  | Upotrebiti do | Označava datum nakon koga se medicinsko sredstvo ne sme koristiti |
|  | Proizvođač | Označava proizvođača medicinskog sredstva |
|  | Pogledati uputstvo za upotrebu | Označava neophodnost čitanja uputstva za upotrebu |
|  | Granica temperature | Označava granične vrednosti temperature kojima se medicinsko sredstvo može bezbedno izložiti. Temperatura iznosi između 15 i 25 stepeni Celzijusa |

Obaveštenje:

Proizvođaču i nadležnom telu države članice prijavite sve incidente u vezi s priborom za uzorkovanje. Proizvođač će prijaviti sve incidente nadležnom telu države članice u kojoj se nalazi korisnik/pacijent.



Za naručivanje dodatnih zaliha ili za pitanja u vezi s povraćajem novca u vašoj zemlji obratite se našem timu korisničke podrške na:

- www.agendia.com/order-a-test
- +31-(0)20 462 1510
- customerservice@agenda.com ili posetite
- www.agendia.com.



Za prikaz dokumenta na vašem jeziku koristite QR kod ili posetite www.agendia.com/globalresources



Agendia NV
 Radarweg 60
 1043 NT Amsterdam
 The Netherlands



M-HCW-067-V8-Scr

Izmene u odnosu na prethodno izdanje
 Izdanje v7 Maj 2022.
 Izdanje v8 od avg. 2022.
 Podaci o izmenama:
 Ažurirano informacijama o prevodima



Uputstvo za upotrebu Pribor za uzorkovanje „Agendia”

Primerena upotreba

Ovaj pribor za uzorkovanje služi za prikupljanje uzoraka i namenjen je isključivo za laboratorijsku upotrebu. Sredstvo je namenjeno za jednokratnu upotrebu za transport FFPE uzoraka (fiksiranih u formalinu i uklopljenih u parafinske blokove) raka dojke kod žena uzete u histopatološkoj laboratoriji i transportovane u dijagnostičku laboratoriju kompanije Agendia.

Predviđena upotreba

Samo za profesionalnu laboratorijsku upotrebu.

Pribor sadrži:

10 mikroskopskih pločica
 2 držača za pet pločica
 malu i veliku plastičnu vreću s mogućnošću zatvaranja
 uputstvo za uzorkovanje
 sprovodni list
 list sa bar-kodovima
 transportni materijal

Upozorenja i predostrožnosti

- Vodite računa da za traženi postupak ispitivanja bude izabran odgovarajući uzorak.
- Vodite računa da uzorak bude adekvatno obeležen.
- Popunite sprovodni list odgovarajućim podacima.
- Pridržavajte se smernica dobre laboratorijske prakse: Uzorak čuvajte i njime rukujte na temperaturi okoline i nosite odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu pri rukovanju uzorcima pacijenata.

Izbor uzorka

1. Izaberite uzorak fiksiran u formalinu i uklopljen u parafinski brok (FFPE) s najvećom količinom invazivnog karcinoma koji morfološki odgovara dijagnozi na koju se sumnja.
2. Prihvataju se FFPE uzorci, uključujući nebojene preparate.
3. U cilju uspešnog analiziranja uzorka preporučujemo upotrebu formalina u neutralnom puferском rastvoru 10%. Pridrđavajte se smernica dobre laboratorijske prakse koje se odnose na obradu FFPE tkiva.
4. Za genomske analize koje vrši Agendia potrebna je površina od 9 mm² u jednom isečku tkiva. Uspešno ispitivanje na uzorcima manje površine može se postići uz dostavljanje dodatnih nebojenih preparata ili blokova.
5. Agendia će izvršiti bojenje hematoksilin-eozinom dostavljenog materijala koji se koristi za procenu udela tumorskih ćelija. Najmanje 30% invazivnog tumora (procenjen broj invazivnih tumorskih ćelija podeljen ukupnim brojem svih ćelija s jedrom) neophodno je za sprovođenje analize¹. Kada je to potrebno i izvodljivo, biće izvršena mikrodisekcija kako bi se izbegle velike oblasti pod DCIS-om, nekrozom, adipoznim tkivom, stromom i hemoragijom, jer ovi elementi ćelije smanjuju procentualni udeo tumorskih ćelija.

1. MicroArray MP i BP IFU M-ROW-387 i M-ROW-388

Uputstvo za pripremu uzorka

A) FFPE blokovi

1. Na svaki blok zalepите 1 nalepnicu s priloženim bar-kodom na unutrašnji gornji poklopac pribora za uzorkovanje „Agendia“ (videti sliku 1).
2. Stavite blok s tumorom u malu plastičnu vreću i zatvorite je.
3. Osigurajte uzorak priloženim umetkom od stiropora i stavite ga u pribor. Ako su vam potrebna pakovanja gela, obratite se našem timu korisničke podrške.
4. Nije potrebno dostavljati bojeni preparat uz ispitni uzorak jer će Agendia izvršiti bojenje dostavljenog materijala hematoksilin-eozinom.
5. Pređite na uputstva za transport.



Slika 1



Slika 2

B) Nebojeni preparati

1. Pripremite deset (10) serijski nebojenih preparata od 5 µm sa po jednim serijskim isečkom od 5 µm.
 - Koristite predmetna stakla s nabojem.
 - Vodite računa da iseći na svakoj pločici budu slično okrenuti.
 - Ostavite predmetna stakla da se osuše na sobnoj temperaturi ili u sušnici ili peći.
 - Nemojte stavljati pokrovne navlake na nebojene preparate.
2. Na svako staklo zalepите 1 nalepnicu s priloženim bar-kodom na unutrašnji gornji poklopac pribora za uzorkovanje „Agendia“.
3. Obeležite serijski isečene nebojene preparate (1 do 10) kako biste označili redosled isecanja.
4. Kada su nebojeni preparati suvi, umetnite ih u nosače pločica i zalepите jednu nalepnicu s bar-kodom za uzorke na spoljašnju stranu nosača pločica (videti sliku 2).
5. Osigurajte nosač pločica priloženim umetkom od stiropora i stavite ga u pribor.
6. Pređite na uputstva za transport.

Uputstvo za transport

1. Registrujte uzorak tkiva primarnog tumora. U slučaju multifokalnog tumora registrujte drugi uzorak tkiva istog pacijenta zasebno. Registraciju izvršite na portalu za naručivanje (<https://agendia.com/order-a-test>) ili koristite Sprovodni list (TRF).
2. Ako koristite TRF, zadržite kopiju za ličnu arhivu, a originalni primerak stavite u pribor. U slučaju naručivanja onlajn nije potrebno koristiti TRF. Kopija vaše narudžbine nalazi se u odeljku s prikazom narudžbina „View orders“.
3. Sve neupotrebene nalepnice s bar-kodovima za uzorke treba ostaviti u priboru za uzorkovanje „Agendia“, NE treba ih koristiti za drugog pacijenta niti za drugi primarni tumor.
4. Ako je primenljivo, sprovedni list (TRF) stavite u pribor za uzorkovanje.
5. Pričvrstite priloženu nalepnicu za slanje kurirskom službom na kutiju Large Clinical Pak. Popunite 1. odeljak tovarnog lista FedEx® International i priložite 3 primerka trgovačke fakture.
6. Zatvorite kutiju s priborom za uzorkovanje „Agendia“ i stavite ga u kutiju Large Clinical Pak.
7. Zatvorite kutiju Large Clinical Pak uklanjanjem samolepljive plastične zaštite s bele trake i čvrsto pritisnite.
8. Predajte pošiljku na za to određenoj lokaciji kurirske službe u vašem mestu.
9. Ako u vašem mestu ne postoji mesto za preuzimanje pošiljki, obratite se odgovarajućoj kurirskoj službi.